認証標準物質によるエコプレ分解試験

前処理日	2015/1/20	前処理担当者	
分析日	2015/1/23	分析担当者	

認証標準の種類	JSAC 0403
前処理条件	硝酸10mL、塩酸5mL、フッ酸1mL 1g/100mL

試料No.		001		002		003		Ave.	
項目	認証値	分析結果	回収率	分析結果	回収率	分析結果	回収率	分析結果	回収率
B	269 ±46	211	78.4	203	75.5	219	81.4	211.0	78.4
Cr	257 ±9	246	95.7	256	99.6	257	100.0	253.0	98.4
Mn	252 ±23	261	103.6	259	102.8	268	106.3	262.7	104.2
Ni	26.2 ±2.3	25.6	97.7	25.5	97.3	26.3	100.4	25.8	98.5
Cu	26.2 ±0.9	25.2	96.2	25.3	96.6	26.1	99.6	25.5	97.5
Zn	91.8 ±2.9	85.3	92.9	88.9	96.8	89.6	97.6	87.9	95.8
As	199 ±15	206	103.5	212	106.5	215	108.0	211.0	106.0
Se	169 ±13	160	94.7	159	94.1	165	97.6	161.3	95.5
Cd	183 ±7	185	101.1	185	101.1	192	104.9	187.3	102.4
Pb	224 ±13	222	99.1	222	99.1	228	101.8	224.0	100.0
備考									

...回収率±10%以上